

仕様書等に関する質問の回答書

物品番号: 令和7年度 湖北消組物第4号

物品名称: 高規格救急自動車「長浜救急2号車」の購入

納入場所: 長浜市平方町1135番地 長浜消防署

No.	質 疑	回 答
1	仕様書 P6 2. 運転室 (4) 中央前面 ③電子サイレンアンプ 電子サイレンアンプTCD製「e dack (イーデッキ)」と同等品とありますので、大阪サイレン製「OPS-D151Q-MK-D1」を搭載してもよろしいか。	仕様書の記載内容を満たし、TCD製「e dack (イーデッキ)」と同等の機能を有していれば問題ありません。
2	仕様書 P7 3. 灯火類 (1) 赤色灯 サイレン切り替えスイッチは連動しますが、サイドブレーキとは連動しませんかよろしいですか。	スイッチ操作で連動するのであれば問題ありません。
3	仕様書 P7 4. 患者室内及び業務機器収納庫 (2) 患者室内及び業務機器収納庫の業務機器配置スタイル ②患者室天井 ア. アシストグリップ フロントからリアにかけてロングタイプの手すり (アシストグリップ) を一本設置でよろしいか。	患者室天井のフロントとリア部に手すりがあれば問題ありません。
4	仕様書 P11 4. 患者室内及び業務機器収納庫 (2) 患者室内及び業務機器収納庫の業務機器配置スタイル ⑥その他 ア. 車輪止め 車輪止め (ゴム製) を樹脂製でもよろしいか。	仕様書どおりのゴム製としてください。